







TENSÃO NO TUBO TUBE VOLTAGE TENSION EN EL TUBO		70kvp -7mA	EQUIPAMENTO DE CLASSE I CLASSE I EQUIPMENT EQUIPAMIENTO DE CLASSE I		Eq. Tipo B - Type B Eq.			IPX0	
APARELHO EQUIPMENT APARATO			POTENCIA DE ENTRADA ENTRANCE POWER	FAIXA SUPPLY NIVEL DE ALIMENTAÇÃO RATE ALIMENTACIÓN					
RX TIMEX 70E PAREDE 220V + 4% - 60Hz			220V ~ = 1200VA	220V ~ + 4% 60Hz					
500001613182 C.P. 11236878			Nº REG. ANVISA						
2020 - 11 - 11 16000003098			10069210087						

ATENÇÃO **ATTENTION** **ATENCIÓN**

Máxima resistência aparente da rede de alimentação do equipamento: = 0,1 ohms p/ 220V~
Utilizar disjuntor para rede de alimentação: = 8A p/ 220V~

Maximum resistance of the equipment power supply: = 0,1 ohms for 220V~
Use the following circuit breaker for the voltages stated below: = 8A for 220V~

Máxima resistencia de la red de alimentación del equipamiento: = 0,1 ohms p/ aparato 220V~
 Utilice llave de sobrecorriente para la red de alimentación: = 5A p/ aparato 220V~



APARELHO EQUIPMENT APARATO
RX TIMEX 70E PAREDE 220V +4% - 60Hz
SN 500001613182 O.P 11236878
M 2020 - 11 - 11 # 16000003098

EQUIPMENT APARATO RX TIMEX 70E PAREDE 220V +4% - 60Hz	FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE QUALIDADE FILTRATION WITH EQUIVALENCE OF QUALITY FILTRACIÓN CON EQUIVALENCIA DE CALIDAD
--	--

FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ESPESURA DE ALUMÍNIO	FILTRATION WITH ALUMINUM THICKNESS EQUIVALENCE	FILTRACIÓN CON EQUIVALENCIA DE ESPESURA DE ALUMÍNIO
FILTROS IRREMÓVÍVEIS	IRREMOVABLE FILTERS	FILTROS IRREMÓVIBLES
VÍDRIO DO TUBO = 1,26 mm Al	TUBE GLASS = 1,26 mm Al	VÍDRIO DEL TUBO = 1,26 mm Al
ÓLEO ISOLANTE = 0,64 mm Al	INSULATING OIL = 0,64 mm Al	ACEITE AISLANTE = 0,64 mm Al
JANELA = 0,32 mm Al	WINDOW = 0,32 mm Al	VENTANA = 0,32 mm Al
FILTROS ADICIONAIS	ADDITIONAL FILTERS	FILTROS ADICIONALES
ALUMÍNIO = 1,0 mm Al	ALUMINUM = 1,0 mm Al	ALUMÍNIO = 1,0 mm Al

FILTRAÇÃO TOTAL 3,22 mm Al	TOTAL FILTRATION 3,22 mm Al	FILTRACIÓN TOTAL 3,22 mm Al
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

	IPX0		
---	------	---	---